

	Serviço Social do Comércio – SESC Departamento Regional no Piauí – DR/PI	
---	---	---

TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 27/02/2024	TERMO DE REFERÊNCIA 001/2024	REQUISIÇÃO 021467
Requisitante:		

1. OBJETO

1.1 Aquisição de equipamentos odontológicos, com montagem e instalação, para atender a Clínica Odontológica do novo Centro de Atividades do Sesc Floriano, localizada na rua João Gonçalves Filho, S/N – Tiberão, CEP 64800-000, Floriano-PI, com observância nas especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisição dos equipamentos odontológicos visa equipar os espaços do novo Centro de Atividades do Sesc em Floriano, que continuará oferecendo serviços de qualidade para a classe Trabalhadora do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes e a comunidade em geral desta região e das áreas adjacentes, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos beneficiários, garantindo um atendimento de excelência por parte de todos os envolvidos.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 O presente Termo de Referência será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema “S”, a Resolução Sesc nº1570/2023 e demais normativos internos do Regional Sesc Piauí.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à Conta dos recursos oriundos do Plano Nacional de Investimentos para 2024 (PNI), aprovado pelo Departamento Nacional, conforme Telegrama nº 4308/2023, sendo debitado no seguinte centro de custo:

4.1.1. Centro de Custo 000200020021 – Implantação, Ampliação e Modernização de U.O. PNI Saúde.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 5.1. Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo;
- 5.2. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado pelo ente público ou privado que foi atendido, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato a fim de propiciar ao Sesc/PI a possibilidade de confirmação da veracidade das informações;
- 5.3. Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes na presente cláusula são passíveis de rejeição.

6. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 6.1. Relação dos itens com as respectivas especificações técnicas, solicitados para atender o objeto deste termo de referencia:

ITENS DE ODONTOLOGIA			
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS ITENS
1	UND.	03	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO CONTENDO CADEIRA ODONTOLÓGICA, UNIDADES AUXILIARES COM DOIS SUGAGORES, REFLETOR COM ESPELHO E LED, EQUIPO ACOPLADO E MOCHO GÁS – Cadeira odontológica (composto pelos itens: cadeira, equipo, unidade auxiliar, refletor que devem obrigatoriamente pertencer ao mesmo fabricante e modelo), construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso, caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório, apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura, atóxico e anti-chamas. Dotada de um amplo estofamento disponível em 15 cores, sendo pvc ou couro. Braço de apoio para o paciente com estrutura interna de metal. Pedal de comandos três programações de trabalho com volta automática à posição zero, acionamento do refletor e movimentações do assento e encosto. Sistema de elevação, eletromecânico acionado por moto-redutor com soft start de baixa tensão com 24 volts, proporciona suavidade nos movimentos, elimina a sensação de solavancos quando acionado, aumenta a vida útil do motor. Sistema eletrônico, integrado e de baixa voltagem: 24 volts, permite total interface com refletor, equipo e unidade de água eletrônica, maior segurança ao paciente e ao profissional, garante maior durabilidade dos componentes. Tensão de alimentação, 127v ou 220v ~ 50/60hz. Encosto da cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com

			regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Equipo composição: 01 seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para baixa rotação. Braços mecânico. Movimentação horizontal com ajuste de nível. Pedal, progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável. Corpo do equipo, construído em polietileno de alto impacto. Puxador, bilateral com acionamento pneumático. Unidade de água sensor de proximidade apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Reservatório, reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor persus led, sistema óptico com 1 led, monofocal para uso odontológico com multi-intensidade luminosa, variando de 8.000 a 35.000 lux, cabeçote em material resistente com giro do cabeçote de 620° puxadores bilaterais em forma de alça, com design apropriado para colocação de protetores esterilizados evitando o risco de contaminação cruzada, fonte de luz fria: não gera calor no campo operatório. Sensor de proximidade, o acionamento do refletor é realizado pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada, a seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade, o refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria, não gera calor no campo operatório. Design, totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio. Cabeçote, em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições, novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização. Puxadores, bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, removíveis e autoclaváveis, o posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor frontal, removível, construído em material resistente e transparente.
2	UND	02	MOCHO À GÁS COM ENCOSTO LARGO (MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO) PARA AUXILIAR OS DENTISTAS – Que devem obrigatoriamente pertencer ao mesmo fabricante e modelo do consultório odontológico. Os mochos são projetados para oferecer mobilidade, ergonomia e segurança para longos períodos de trabalho, complementando o consultório e preservando a sua saúde e bem-estar, possui 10 opções de cores em PVC, mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia, estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante, base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade, possui ajuste de

			altura – assento com sistema central de elevação a gás através de alavanca lateral, promovendo movimentos suaves.
3	UND.	05	KIT PEÇAS DE MÃO LED (CANETA ALTA/SACABROCA; MICROMOTORS; E CONTRA ÂNGULO) – que devem obrigatoriamente pertencer ao mesmo fabricante e modelo. Especificações: <i>Caneta odontológica led alta rotação:</i> design anatômico com grip anti slip, sistema led e-generator, rolamentos cerâmicos de alta qualidade, pushbutton, troca rápida, triplo spray de água, baixo nível de ruído e vibração, encaixe dois furos metálico; potência: 13 w; consumo de ar: 40 l/min.; velocidade mínima da caneta de alta rotação - 350000 rpm e velocidade máxima da caneta de alta rotação - 450000 rpm; quantidade de furos: 2. <i>Micromotor baixa rotação:</i> acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação mínima 5.000 e máxima 20.000 rpm, encaixe intramatic universal de fácil manuseio e permite giro livre de 360°. Esterilizável em autoclave até 135°C. <i>Contra ângulo:</i> o contra-ângulo possui giro livre de 360°, acoplamento intramatic, spray externo, encaixe intramatic universal, rotação mínima de 5.000 rpm e máxima de 20.000 rpm.
4	UNID.	01	SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIA – sensor digital para captação de imagens radiográficas odontológicas digitais com software compatível com microsoft windows; de fácil utilização; cadastro de pacientes, arquivamento e fácil utilização; uso em vários computadores e o compartilhamento de informações entre profissionais; e com suporte para o sensor intraoral.
5	UND	03	BARREIRA BACTERIOLOGICA PARA PURIFICAÇÃO DO AR AMBIENTE – esterilizador e reciclador de ar ambiente para parede, ar uv steri -air esteriliza o ar interno de ambientes “fechados” através de fluxo forçado de ar, que passa por uma câmara irradiada com ultravioleta tipo c germicida. estrutura em alumínio de alta resistência; filtros para retenção de particulados; lâmpada uv -c germicida de 95; ventoinha para circulação eficiente do ar ambiente; sistema de segurança com monitoramento de temperatura e desligamento automático; bivolt.
6	UND	03	BOMBA À VÁCUO ALTA POTÊNCIA, CAPACIDADE PARA 03 CONSULTÓRIOS – bomba de sucção a vácuo de alta potência, com linhas de sucção para sangue e saliva; que suporte a três consultórios odontológicos, permita descarte a rede de esgoto e que possa ser conectada a caixa de comando de cadeiras odontológicas. Estrutura em aço, com cobertura acústica. potência: 440w - 110v ou 380w - 220v; vácuo mínimo de 400mm de hg; consumo elétrico: 0,44 kwh - 110v ou 0,38 kwh - 220v; consumo de água: 0,15 l/min; comprimento máximo 400

			mm; largura máxima 250 mm; altura máxima 350 mm.
7	UND	03	AUTOCLAVE CUBA INOX 21 LT – autoclave horizontal de mesa, automática, capacidade interna de 21 litros, com reservatório para água destilada construído em aço inox com capacidade mínima para três litros com sistema de abastecimento para câmara e drenagem automáticos, reaproveitamento e recirculação de água.
8	UND	01	AMALGAMADOR CAPSULADO – amalgador para cápsulas, painel de controle com teclado tipo membrana, display indicador de tempo, memória de tempo selecionável e dispositivo de segurança para interrupção da operação caso o compartimento seja aberto.
9	UND	02	DESTILADORA DE AGUA DE BANCADA - Capacidade do Reservatório de Água Comum 4l, Capacidade do Reservatório de Água Destilada 3,8l, duração Do Ciclo (reservatório cheio) 6 a 8 h, (para destilar 3,8 litros de água) Dimensões Externas do Destilador (L x A x P) 27 x 33 x 27,6 cm, Dimensões da Caixa (L x A x P) 30,5 x 36 x 30,5 cm, Voltagem 127 ou 220 V monofásico, Frequência 50/60 Hz, Potência e Consumo de Energia (modelo 127 V) 550 Watts - 0,55 Kw/hora, Potência e Consumo de Energia (modelo 220 V) 450 Watts - 0,45 Kw/hora, Temperatura de Trabalho Adequada 15 °C a 40 °C.
10	UND	04	FOTOPOLIMERIZADOR COM LED ALTA POTÊNCIA AMPLO ESPECTRO 1200MW SEM FIO BIVOLT – aparelho fotopolimerizador de resina composta de diodo emissor de luz – led portátil, com lente de proteção, ajuste de tempo de funcionamento e bip sonoro com intensidade de luz de aproximadamente 3.200mw/cm. Sem fio e com base.
11	UND	03	ULTRASOM + JATO BICARBONATO DENTÁRIO BIVOLT - aparelho de ultrassom e com jato de bicarbonato, piezoelétrico, com frequência de 28.000 hz; potência de 24w; consumo de ar em torno de 10l/min; teclado tipo membrana, eletrônico, programável, com até quatro memórias por função; pedal de controle; amplitude do tip de 0,05 a 0,01 mm; preparado para periodontia com três tips distintos específicos de periodontia (um para as faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores; um para áreas subgengivais e remoção de pinos e cimentos; um universal para superfícies de todos os dentes); bomba peristáltica com quatro níveis de rotação; transdutor especial com capas autoclaváveis; reservatório tipo "garrafa.
12	UND	02	APARELHO ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA – motor endodontico medidas 206 x 90 x 85 mm; material alojamento da consola: pc/abs micromotor: alumínio; peso 1,1 kg; alimentação elétrica, operação com bateria, 2000 mAh, 6 V; alimentação do carregador da bateria 100-240 V; variação de tensão max. ± 10 %; frequência 47-63 Hz; consumo nominal de corrente do carregador da bateria 2,5 A; faixa de torques 20-410 gcm (0,2-4,1 Ncm) no modo rotatório; faixa de rotações no eixo do micromotor 1500-6000 rpm no modo rotatório; classe de proteção elétrica classe II; parte da aplicação BF (contra ângulo); nível de proteção na presença de

			misturas de gases anestésicos inflamáveis, ou de oxigênio não adequado para uso na presença de misturas de gases anestésicos inflamáveis, ou de oxigênio; modo operacional modo rotatório e modo reciprocante; condições ambientais para o uso +15 °C /+42 °C; RH: < 80 %; classificação do produto medicinal classe IIa, anexo IX, regra IX, 93/42/CEE; unidade de comando e micromotor IP20; pedal IPX1; condições para transporte e armazenagem -20 °C/+50 °C; RH: 20-90 %.
13	UND	02	LOCALIZADOR APICAL FORAMINAL – Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe II Bateria: 3,7V/750mAh Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: Parte aplicada Tipo BF Entrada da fonte de alimentação: 100V-240V~ 50/60Hz Grau de Proteção contra penetração de líquidos: IPX 0 Saída da fonte de alimentação: 5,0Vcc/1A Modo de Operação: Contínua Consumo: ≤0.5W Indicador sonoro: Alerta quando a lima está próxima de 2,0mm do forame apical Tela: 4.5" LCD Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nitroso: Não é adequado. Peso líquido: 0,336Kg Dimensões (CxLxA): 10,0x9,0x14,0cm.
14	UND	03	SELADORA COM SUPORTE PARA ROLOS ACABAMENTOS EM INOX – termoseladora manual de mesa para utilização de papel grau cirúrgico ou rolos de papel/polipropileno; lâmina de corte; faixa de selamento de 5 a 6 mm; selagem controlada por timer eletrônico, sinalizada por led; temperatura de selagem fixa; largura da área de selamento 300mm; suporte para rolos.
15	UND	02	AVENTAL DE CHUMBO PI PROFISSIONAL (RAIO-X PERIAPICAL) E AVENTAL DE CHUMBO DE PROTEÇÃO PARA TIREÓIDE – plumbífero para uso em pacientes tamanho adulto. Confeccionado em borracha plumbífera de excelente flexibilidade tecido especial lavável. Fechamento em velcro no protetor de tireóide. Tamanho 76 x 60 cm, peso 2,500 kg, equivalência em Chumbo de: 0,25mm (Pb).
16	UND	03	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA 02 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS – tecnologia totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. RESERVATÓRIO: Capacidade 45 litros (220V). Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). MOTOR Com 2,0 HP e dois cabeçotes. Modelo de alto torque, com grande rendimento. Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito. SILENCIOSO: Reduzido nível de ruído, 58 dB(A). DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para

			drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.
17	UND	01	LAVADORA ULTRASSÔNICA 06 LT 220V – Dimensões internas total: 300 x 155 x 150 mm (P*L*A), DIMENSÕES EXTERNAS: 380 x 175 x 275 mm (P*L*A), ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: Potência de aquecimento: 300W, Potência ultrassônica: 180W, Frequência: 40kHz, Tensão: 110V ou 220V, Capacidade do tanque: 6 Litros, Configuração de tempo: 1 - 99 minutos, Configuração de temperatura: Até 80 graus Celsius.

7. CONDIÇÕES GERAIS DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS:

- 7.1. O fornecedor deverá entregar o objeto da licitação no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra, emitida pela Coordenação de Logística do Sesc Piauí/ Supervisão de Licitação, e a montagem e instalação poderá ser solicitada em até 12 meses. A nota fiscal deverá ser entregue juntamente com o objeto licitado, conforme a descrição neste Termo de Referência;
- 7.2. A entrega deverá ser feita de forma integral, preferencialmente em uma única remessa;
- 7.3. O objeto deste termo deverá ser entregue exclusivamente na Unidade Sesc Floriano, no endereço: Rua João Gonçalves Filho, S/N, Bairro Tiberão, na Cidade: Floriano – PI, CEP: 64.800-000, de segunda a sexta das 8h às 11h e das 14h às 17h;
- 7.4. A entrega dos produtos será acompanhada pela Gerência da Unidade Sesc Floriano e/ou equipe do setor Administrativo, que serão responsáveis pelos atos administrativos relativos à aquisição do produto;
- 7.5. A análise da conformidade e o atendimento dos requisitos deste termo de referência, quanto ao produto, serão realizados pela Gerência da unidade Sesc Floriano e/ou por equipe do setor Administrativo. O objeto da licitação deverá estar em perfeitas condições, caso contrário, será recusado;

- 7.6. O Recebimento Definitivo ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, tempo necessário para a verificação da adequação do material à especificação técnica exigida;
- 7.7. Os itens/produtos que forem rejeitados no período de recebimento (definitivo) deverão ser substituídos pelo fornecedor no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do mesmo;
- 7.8. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem arranhões, pintura desbotada ou defeitos de qualquer natureza, devendo estar acondicionados em embalagem apropriada, de forma a não serem danificados durante o transporte, carga e descarga. Não serão aceitos produtos com quaisquer tipos de avarias, descaracterizando o objeto;
- 7.9. A licitante vencedora deverá se responsabilizar pela desgarga e instalação dos equipamentos, se for o caso;
- 7.10. Todos os custos de frete/embalagem/descarga/instalação, ou outros, deverão estar contemplados no preço ofertado, para evitar acréscimos ao Sesc Piauí e, em nenhuma situação poderão ser discriminados na nota fiscal/fatura.

8. CONDIÇÕES DE GARANTIA

- 8.1. Os equipamentos/produtos deverão ter, no mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada, observando-se a garantia de 2 (dois) anos do equipamento AUTOCLAVE CUBA IXOS 21LT e de 3 (três) anos do equipamento APARELHO ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA;
- 8.2. A contagem do prazo de garantia do item 6.1 inicia a partir do recebimento definitivo dos equipamentos.

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Obrigações do Sesc/PI:

- 9.1.1. Promover o acompanhamento e fiscalização, comunicando por escrito ou por telefone a Licitante Vencedora quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada ao fornecimento;
- 9.1.2. Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após recebimento definitivo e atesto das notas fiscais/faturas;

9.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante vencedora.

9.2. Obrigações da Licitante Vencedora:

9.2.1. Cumprir o prazo de entrega do(s) objeto(s) adquirido(s), não podendo exceder o prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de assinatura do Instrumento Contratual ou recebimento da ordem de compra, e a montagem e instalação poderá ser solicitada em até 12 meses;

9.2.2. A Licitante Vencedora deve fornecer mão de obra para realizar a entrega e montagem, responsabilizando-se pelos custos de logística, alimentação e hospedagem de seu pessoal, se necessário, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Sesc Piauí em nenhuma hipótese;

9.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida pelo fornecimento;

9.2.4. Repor no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente, contados da notificação feita pelo Sesc Piauí sem ônus para o mesmo;

9.2.5. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc Piauí, dirigida à Supervisão de Licitação e a Gerência da UO. Sesc Floriano, até o 3º (terceiro) dia anterior à data prevista a entrega do produto.

10. FISCALIZAÇÃO

10.1. A entrega será acompanhado pelo gestor da Unidade, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;

10.2. Caberá ao gestor da Unidade beneficiada atestar a nota fiscal relativa a aquisição.

11. PENALIDADES

11.1. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:

11.1.1. Rescisão unilateral do contrato por parte do Sesc Piauí;

11.1.2. Suspensão de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

11.2. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do Sesc Piauí, bem como deverão ser aplicadas em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento a Licitante vencedora será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário, por sistema online à empresa (de acordo com as normas do Sesc Piauí), devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente;

12.2. A Contratada deve observar e atender as condições de emissão de nota fiscal para pagamento conforme procedimento e exigências do Sesc Piauí no tocante à data de emissão, prazo para pagamento e demais informações pertinentes:

12.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas até o dia 20 do mês corrente;

12.2.2. Não serão aceitas notas fiscais emitidas após o dia 20 do mês corrente;

12.2.3. Caso não seja entregue até o dia 20, só poderá ser emitida após o dia 1º do mês subsequente.

12.3. O pagamento será realizado no dia 15 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:

12.3.1. As notas fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mesmo mês;

12.3.2. As notas fiscais emitidas entre os dias 06 e 20 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;

12.3.3. Caso o dia 15 não seja útil, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.

12.4. Em caso de constatação de qualquer desconformidade ou avaria de produto, o pagamento ficará retido até que seja sanada a pendência.

13. PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. A proponente deverá indicar no modelo de proposta (ANEXO I) a descrição do material ofertado, preço unitário e preço total, que deverá ser compatível características exigidas, conforme item 6 deste Termo de Referência;

13.2. A simples “repetição” do conjunto de especificações contidas neste Termo de Referência na proposta não garante o atendimento às especificações, devendo a empresa detalhar as características do produto ofertado;

	Serviço Social do Comércio – SESC Departamento Regional no Piauí – DR/PI	
---	---	---

13.3. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os preços unitário e total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso.

Elaborado por:

Gerente Sesc Floriano
Sesc/DR/PI

Supervisão Local de Odontologia
Sesc/DR/PI



Serviço Social do Comércio – SESC
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



MODELO DE PROPOSTA

Proponente - Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Responsável pela elaboração da proposta:

ITENS DE ODONTOLOGIA

ITEM	UNID MEDIDA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNID	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO CONTENDO CADEIRA ODONTOLÓGICA, UNIDADES AUXILIARES COM DOIS SUGAGORES, REFLETOR COM ESPELHO E LED, EQUIPO ACOPLADO E MOCHO GÁS – Cadeira odontológica (composto pelos itens: cadeira, equipo, unidade auxiliar, refletor que devem obrigatoriamente pertencer ao mesmo fabricante e modelo), construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso, caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório, apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura, atóxico e anti-chamas. Dotada de um amplo estofamento disponível em 15 cores, sendo pvc ou couro. Braço de apoio para o paciente com estrutura interna de metal. Pedal de comandos três programações de trabalho com volta automática à posição zero, acionamento do refletor e movimentações do assento e encosto. Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motor-reductor com soft start de baixa tensão com 24 volts, proporciona suavidade nos movimentos, elimina a sensação de solavancos quando acionado, aumenta a vida útil do motor. Sistema eletrônico, integrado e de baixa voltagem: 24 volts, permite total interface com refletor, equipo e unidade de água eletrônica, maior segurança ao paciente e ao profissional, garante maior durabilidade dos componentes. Tensão de alimentação, 127v ou 220v ~ 50/60hz. Encosto da cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Equipo composição: 01 seringa triplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para baixa rotação. Braços mecânico. Movimentação horizontal com ajuste de nível. Pedal, progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice, bico giratório, removível e autoclavável. Corpo do equipo, construído em polietileno de alto impacto. Puxador, bilateral com acionamento pneumático. Unidade de água sensor de proximidade apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior	03		

		praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Reservatório, reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão e seringa triplice. Refletor persus led, sistema óptico com 1 led, monofocal para uso odontológico com multi-intensidade luminosa, variando de 8.000 a 35.000 lux, cabeçote em material resistente com giro do cabeçote de 620° puxadores bilaterais em forma de alça, com design apropriado para colocação de protetores esterilizados evitando o risco de contaminação cruzada, fonte de luz fria: não gera calor no campo operatório. Sensor de proximidade, o acionamento do refletor é realizado pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada, a seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade, o refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria, não gera calor no campo operatório. Design, totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio. Cabeçote, em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições, novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização. Puxadores, bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, removíveis e autoclaváveis, o posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor frontal, removível, construído em material resistente e transparente.			
2	UNID	MOCHO À GÁS COM ENCOSTO LARGO (MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO) PARA AUXILIAR OS DENTISTAS – Que devem obrigatoriamente pertencer ao mesmo fabricante e modelo do consultório odontológico. Os mochos são projetados para oferecer mobilidade, ergonomia e segurança para longos períodos de trabalho, complementando o consultório e preservando a sua saúde e bem-estar, possui 10 opções de cores em PVC, mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia, estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante, base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade, possui ajuste de altura – assento com sistema central de elevação a gás através de alavanca lateral, promovendo movimentos suaves.	02		
3	UNID	KIT PEÇAS DE MÃO LED (CANETA ALTA/SACABROCA; MICROMOTORS; E CONTRA ÂNGULO) – que devem obrigatoriamente pertencer ao mesmo fabricante e modelo. Especificações: <i>Caneta odontológica led alta rotação:</i> design anatômico com grip anti slip, sistema led e-generator, rolamentos cerâmicos de alta qualidade, pushbutton, troca rápida, triplo spray de água, baixo nível de ruído e vibração, encaixe dois furos metálico; potência: 13 w; consumo de ar: 40 l/min.; velocidade mínima da caneta de alta rotação - 350000 rpm e velocidade máxima da caneta de alta rotação - 450000 rpm; quantidade de furos: 2. <i>Micromotor baixa rotação:</i> acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação mínima 5.000 e máxima 20.000 rpm, encaixe intramatic universal de fácil manuseio e permite giro livre de 360°. Esterilizável em autoclave até 135°C. <i>Contra ângulo:</i> o contra-ângulo possui giro livre de 360°, acoplamento intramatic, spray externo, encaixe intramatic universal, rotação mínima de 5.000 rpm e máxima de 20.000 rpm.	05		

4	UNID	SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIA – sensor digital para captação de imagens radiográficas odontológicas digitais com software compatível com microsoft windows; de fácil utilização; cadastro de pacientes, arquivamento e fácil utilização; uso em vários computadores e o compartilhamento de informações entre profissionais; e com suporte para o sensor intraoral.	01		
5	UNID	BARREIRA BACTERIOLOGICA PARA PURIFICAÇÃO DO AR AMBIENTE – esterilizador e reciclador de ar ambiente para parede, ar uv steri -air esteriliza o ar interno de ambientes “fechados” através de fluxo forçado de ar, que passa por uma câmara irradiada com ultravioleta tipo c germicida. estrutura em alumínio de alta resistência; filtros para retenção de particulados; lâmpada uv -c germicida de 95; ventoinha para circulação eficiente do ar ambiente; sistema de segurança com monitoramento de temperatura e desligamento automático; bivolt.	03		
6	UNID	BOMBA À VÁCUO ALTA POTÊNCIA, CAPACIDADE PARA 03 CONSULTÓRIOS – bomba de sucção a vácuo de alta potência, com linhas de sucção para sangue e saliva; que suporte a três consultórios odontológicos, permita descarte a rede de esgoto e que possa ser conectada a caixa de comando de cadeiras odontológicas. Estrutura em aço, com cobertura acústica. potência: 440w - 110v ou 380w - 220v; vácuo mínimo de 400mm de hg; consumo elétrico: 0,44 kwh - 110v ou 0,38 kwh - 220v; consumo de água: 0,15 l/min; comprimento máximo 400 mm; largura máxima 250 mm; altura máxima 350 mm.	03		
7	UNID	AUTOCLAVE CUBA INOX 21 LT – autoclave horizontal de mesa, automática, capacidade interna de 21 litros, com reservatório para água destilada construído em aço inox com capacidade mínima para três litros com sistema de abastecimento para câmara e drenagem automáticos, reaproveitamento e recirculação de água.	03		
8	UNID	AMALGAMADOR CAPSULADO – amalgador para cápsulas, painel de controle com teclado tipo membrana, display indicador de tempo, memória de tempo selecionável e dispositivo de segurança para interrupção da operação caso o compartimento seja aberto.	01		
9	UNID	DESTILADORA DE ÁGUA DE BANCADA - Capacidade do Reservatório de Água Comum 4l, Capacidade do Reservatório de Água Destilada 3,8l, duração Do Ciclo (reservatório cheio) 6 a 8 h, (para destilar 3,8 litros de água) Dimensões Externas do Destilador (L x A x P) 27 x 33 x 27,6 cm, Dimensões da Caixa (L x A x P) 30,5 x 36 x 30,5 cm, Voltagem 127 ou 220 V monofásico, Frequência 50/60 Hz, Potência e Consumo de Energia (modelo 127 V) 550 Watts - 0,55 Kw/hora, Potência e Consumo de Energia (modelo 220 V) 450 Watts - 0,45 Kw/hora, Temperatura de Trabalho Adequada 15 °C a 40 °C.	02		
10	UNID	FOTOPOLIMERIZADOR COM LED ALTA POTÊNCIA AMPLO ESPECTRO 1200MW SEM FIO BIVOLT – aparelho fotopolimerizador de resina composta de diodo emissor de luz – led portátil, com lente de proteção, ajuste de tempo de funcionamento e bip sonoro com intensidade de luz de aproximadamente 3.200mw/cm. Sem fio e com base.	04		

11	UNID	ULTRASSOM + JATO BICARBONATO DENTÁRIO BIVOLT - aparelho de ultrassom e com jato de bicarbonato, piezoelétrico, com frequência de 28.000 hz; potência de 24w; consumo de ar em torno de 10l/min; teclado tipo membrana, eletrônico, programável, com até quatro memórias por função; pedal de controle; amplitude do tipo de 0,05 a 0,01 mm; preparado para periodontia com três tipos distintos específicos de periodontia (um para as faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores; um para áreas subgengivais e remoção de pinos e cimentos; um universal para superfícies de todos os dentes); bomba peristáltica com quatro níveis de rotação; transdutor especial com capas autoclaváveis; reservatório tipo "garrafa.	03		
12	UNID	APARELHO ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA – motor endodôntico medidas 206 x 90 x 85 mm; material alojamento da consola: pc/abs micromotor: alumínio; peso 1,1 kg; alimentação elétrica, operação com bateria, 2000 mAh, 6 V; alimentação do carregador da bateria 100-240 V; variação de tensão max. $\pm 10\%$; frequência 47-63 Hz; consumo nominal de corrente do carregador da bateria 2,5 A; faixa de torques 20-410 gcm (0,2-4,1 Ncm) no modo rotatório; faixa de rotações no eixo do micromotor 1500-6000 rpm no modo rotatório; classe de proteção elétrica classe II; parte da aplicação BF (contra ângulo); nível de proteção na presença de misturas de gases anestésicos inflamáveis, ou de oxigênio não adequado para uso na presença de misturas de gases anestésicos inflamáveis, ou de oxigênio; modo operacional modo rotatório e modo recíprocante; condições ambientais para o uso $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+42\text{ }^{\circ}\text{C}$; RH: $< 80\%$; classificação do produto medicinal classe IIa, anexo IX, regra IX, 93/42/CEE; unidade de comando e micromotor IP20; pedal IPX1; condições para transporte e armazenagem $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$; RH: 20-90 %.	02		
13	UNID	LOCALIZADOR APICAL FORAMINAL – Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe II Bateria: 3,7V/750mAh Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: Parte aplicada Tipo BF Entrada da fonte de alimentação: 100V-240V~ 50/60Hz Grau de Proteção contra penetração de líquidos: IPX 0 Saída da fonte de alimentação: 5,0Vcc/1A Modo de Operação: Contínua Consumo: $\leq 0,5\text{W}$ Indicador sonoro: Alerta quando a lima está próxima de 2,0mm do forame apical Tela: 4,5" LCD Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nítrico: Não é adequado. Peso líquido: 0,336Kg Dimensões (CxLxA): 10,0x9,0x14,0cm.	02		
14	UNID	SELADORA COM SUPORTE PARA ROLOS ACABAMENTOS EM INOX – termoseladora manual de mesa para utilização de papel grau cirúrgico ou rolos de papel/polipropileno; lâmina de corte; faixa de selamento de 5 a 6 mm; selagem controlada por timer eletrônico, sinalizada por led; temperatura de selagem fixa; largura da área de selamento 300mm; suporte para rolos	03		
15	UNID	AVENTAL DE CHUMBO P/ PROFISSIONAL (RAIO-X PERIAPICAL) E AVENTAL DE CHUMBO DE PROTEÇÃO PARA TIREÓIDE – plumbífero para uso em pacientes tamanho adulto. Confeccionado em borracha plumbífera de excelente flexibilidade tecido especial lavável. Fechamento em velcro no protetor de tireóide. Tamanho 76 x 60 cm, peso 2,500 kg, equivalência em Chumbo de: 0,25mm (Pb).	02		
16	UNID	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA 02 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS – tecnologia totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. RESERVATÓRIO: Capacidade 45 litros (220V). Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório).	03		



Serviço Social do Comércio – SESC
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



		MOTOR Com 2,0 HP e dois cabeçotes. Modelo de alto torque, com grande rendimento. Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito. SILENCIOSO: Reduzido nível de ruído, 58 dB(A). DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.			
17	UNID	LAVADORA ULTRASSÔNICA 06 LT 220V – Dimensões internas total: 300 x 155 x 150 mm (P*L*A), DIMENSÕES EXTERNAS: 380 x 175 x 275 mm (P*L*A), ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: Potência de aquecimento: 300W, Potência ultrassônica: 180W, Frequência: 40kHz, Tensão: 110V ou 220V, Capacidade do tanque: 6 Litros, Configuração de tempo: 1 - 99 minutos, Configuração de temperatura: Até 80 graus Celsius.	01		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

OBSERVAÇÕES:

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

- 1) A apresentação desta planilha/proposta incorre na aceitação de todas as condições do Termo de Referência.
- 2) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, frete, transporte, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais encargos e/ou quaisquer despesas necessárias à perfeita execução de todos os serviços.
- 3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias.
- 4) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
- 5) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc Piauí decida não o contratar.

Inserir local e data

(Nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÕES: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa. A licitante deverá indicar na proposta o nome, contato telefônico e-mail do preposto

	Serviço Social do Comércio – SESC Departamento Regional no Piauí – DR/PI	
---	---	---

TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 13/03/2024	TERMO DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO
Requisitante:		

1. OBJETO

- 1.1. Aquisição de equipamentos de odontologia e médico- hospitalares, com montagem e instalação, para o Sesc Centro de atividades de Picos, localizada na Rua Maria dos Remédios Nogueira Barros, 260, CEP: 64600-000 Junco – Picos-PI.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. A unidade Sesc Centro de atividades de Picos possui uma proposta de implementação de novos serviços de saúde, visando promover a melhoria da qualidade de vida da população de Picos-PI. E o programa REPROSESC, através de atividades de saúde, consiste em realizar um acompanhamento híbrido de clientes do SESC que necessitam de uma reprogramação alimentar e um melhor estilo de vida.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- 3.1. O presente Termo de Referência será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema “S”, a Resolução Sesc nº 1570/2023 e demais normativos internos do Regional.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à Conta dos recursos 15% de despesas DR/PI e os 85% oriundos do Plano Nacional de Investimentos 2023/2024 (PNI), aprovado pelo Departamento Nacional, conforme Telegrama nº.4308/2023.

4.1.1. Centro de Custo: 000200020021– IMPLANT. AMPLI . MODERN. DE.UO. PNI. SAÚDE

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 5.1. Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo. Esses documentos deverão ser emitidos, em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida. Comprovar através de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo de Referência;
- 5.2. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado pelo ente público ou privado que foi atendido, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato a fim de propiciar ao Sesc/PI a possibilidade de confirmação da veracidade das informações;
- 5.3. Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes na presente cláusula são passíveis de rejeição.

6. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 6.1. Relação dos materiais solicitados para atender as necessidades da Unidade.

	Serviço Social do Comércio – SESC Departamento Regional no Piauí – DR/PI	
---	---	---

ITEM	UNID	QUANT.	6.1.1.DESCRICÃO DOS MATERIAIS
1	UNID	1	CADEIRA PARA ATENDIMENTO: Cadeira giratória tipo mocho confeccionada com assento estofado em espuma injetada de no mínimo 50mm em formato circular revestido em couro ecológico na cor azul, encosto ergonômico confeccionado com espuma injetada revestida em couro ecológico na cor azul, acabamento em perfil de PVC flexível tipo francis, dotada de regulagem de altura do acento e encosto à gás, deslizando por base preta com rodízios de duplo giro na cor preta.
2	UNID	1	MACA PORTÁTIL PARA EXAMES: MOCHO NYLON , COM ENCOSTO/ COM RODIZIOS. Ginecológica móvel modelo CEKR-PNG-61. Mesa totalmente mecânica. Mesa manual possui regulagem de altura, perneira e encosto..Anatomica. Revestimento: laminado sintético de pvc reforçado com poliester e algodao. Estofado: espuma densidade d - 33 (9 cm). Bracos: escamoteaveis e removíveis.Rodizios: reforçados para facil locomoca.
3	UNID	1	FOCO DE LUZ: Foco clínico pintado com altura regulável, com rodas e haste flexível. Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m. Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação. Base com 5 rodízios - Maior estabilidade. Maior autonomia de trabalho - 2 metros de fio. Reator eletrônico (mais leve).Pintura de alta resistência.Cor Branca.Corpo de metal esmaltada..Bivolt - 110/220V.Pino padrão ABNT aterrado.Lâmpada LED. Potência 12W - 6500K.
4	UNID	1	BIOMBO HOSPITALAR (DIVISÓRIA): Cor Branco. Base Fixa na parede . Altura 160 cm. Biombo triplo, estrutura pintada, com rodas e com lona. MED: 1,80 X 1,75
5	UNID	1	CARRO DE CURATIVO: Carro curativo pintado com rodízio, sem suporte para balde e bacia med. Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx. Pés com Rodizios de 3".Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox. Balde de 5 Litros em alumínio. Bacia de 3 litros em alumínio. Cor Inox.

7. CONDIÇÕES GERAIS DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL E ENTREGA DOS PRODUTOS/MATERIAIS:

- 7.1. A entrega do objeto da licitação deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de recebimento Ordem de Compra, expedido pela Coordenação de Logística do Sesc Piauí/Supervisão de Licitação, na qual deverá entregar a nota fiscal simultaneamente com o objeto licitado, observadas a descrição neste Termo de Referência;
- 7.2. A entrega deverá acontecer de forma integral, ou seja, preferencialmente de uma única vez;
- 7.3. O objeto deste termo deverá ser entregue somente na unidade Sesc Centro de Atividades de Picos, localizada na Rua Maria dos Remédios Nogueira Barros, 260, CEP: 64600-000 Junco – Picos-PI, com horário de funcionamento de segunda à sexta, no horário de 07h30 às 18h.
- 7.4. A entrega dos produtos serão acompanhadas pela Gerência na Unidade Sesc Picos e/ou equipe do setor Administrativo, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;
- 7.5. A análise da conformidade e o cumprimento dos requisitos deste termo de referência, no que se refere ao produto, serão realizados pela Gerência da unidade Sesc Picos e/ou por equipe do setor Administrativo. O objeto da licitação deverá estar em perfeitas condições, caso contrário, será devolvido;
- 7.6. Recebimento Definitivo será no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, tempo este, necessário para a verificação da conformidade do material com a especificação técnica exigida;
- 7.7. Os itens/produtos que forem rejeitados no período de recebimento (definitivo) deverão ser substituídos pela Licitante Vencedora no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do fornecedor;

	Serviço Social do Comércio – SESC Departamento Regional no Piauí – DR/PI	
---	---	---

- 7.8. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem arranhões, pintura desbotada ou vícios de qualquer natureza, devem estar acondicionados embalagem apropriada, de forma a não ser danificado durante o transporte, carga e descarga. Não sendo aceitos com quaisquer tipos de avarias descaracterizando o objeto;
- 7.9. A operação de desgarga e montagem, caso necessário, são de inteira responsabilidade da licitante vencedora;
- 7.10. As despesas de frete/embalagem/descarga/montagem, ou qualquer outra, deverão estar inclusas no preço proposto, a fim de evitar custos adicionais ao Sesc/PI e, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura;

8. CONDIÇÕES DE GARANTIA

- 8.1. Os equipamentos/produtos deverão ter, no mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra vícios (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada;
- 8.2. A contagem do prazo de garantia do item 6.1 inicia a partir do recebimento definitivo dos equipamentos;

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Obrigações do Sesc/PI:

- 9.1.1. Promover o acompanhamento e fiscalização, comunicando por escrito ou por telefone a Licitante Vencedora quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada ao fornecimento;
- 9.1.2. Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após recebimento definitivo e atesto das notas fiscais/faturas;
- 9.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante vencedora.

9.2. Obrigações da Licitante Vencedora:

- 9.2.1. Cumprir o prazo de entrega do(s) objeto(s) adquirido(s), não podendo exceder o prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de assinatura do Instrumento Contratual ou recebimento da ordem de compra;
- 9.2.2. A Licitante Vencedora deve fornecer mão de obra para realizar a entrega e montagem, responsabilizando-se pelos custos de logística, alimentação e hospedagem de seu pessoal, se necessário, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Sesc/PI em nenhuma hipótese;
- 9.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida pelo fornecimento;
- 9.2.4. Repor no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente, contados da notificação feita pelo Sesc/PI sem ônus para o mesmo;
- 9.2.5. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc Piauí, dirigida à Supervisão de Licitação e a Gerência da UO. Sesc Picos, até o 3º (terceiro) dia anterior à data prevista a entrega do produto.

10. FISCALIZAÇÃO

- 10.1. A entrega será acompanhado pelo gestor da Unidade, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;
- 10.2. Caberá ao gestor da Unidade beneficiada atestar a nota fiscal relativa a aquisição.

	Serviço Social do Comércio – SESC Departamento Regional no Piauí – DR/PI	
---	---	---

11. PENALIDADES

- 11.1. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:
- 11.1.1. Termo de Notificação;
 - 11.1.2. Rescisão unilateral do contrato por parte do Sesc/PI;
 - 11.1.3. Suspensão de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 5(cinco) anos.
- 11.2. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do Sesc/PI, bem como deverão ser aplicadas em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 12.1. O pagamento a Licitante vencedora será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário, por sistema online à empresa (de acordo com as normas do Sesc/PI), devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente;
- 12.2. A Contratada deve observar e atender as condições de emissão de nota fiscal para pagamento conforme procedimento e exigências do Sesc Piauí no tocante à data de emissão, prazo para pagamento e demais informações pertinentes:
- 12.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas até o dia 20 do mês corrente;
 - 12.2.2. Não serão aceitas notas fiscais emitidas após o dia 20 do mês corrente;
 - 12.2.3. Caso não seja entregue até o dia 20, só poderá ser emitida após o dia 1º;
- 12.3. O pagamento será realizado no dia 15 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:
- 12.3.1. As notas fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mesmo mês;
 - 12.3.2. As notas fiscais emitidas entre os dias 06 e 20 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;
 - 12.3.3. Caso o dia 15 não seja útil, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.
- 12.4. Em caso de constatação de qualquer desconformidade ou avaria de produto, o pagamento ficará retido até que seja sanada a pendência;

13. PROPOSTA DE PREÇOS

- 13.1. A proponente deverá indicar no modelo de proposta (ANEXO I) a descrição do material ofertado, preço unitário e preço total, que deverá ser compatível características exigidas, conforme item 6 deste Termo de Referência.
- 13.2. A simples “repetição” do conjunto de especificações contidas neste Termo de Referência na proposta não garante o atendimento às especificações, devendo a empresa detalhar as características do produto ofertado.
- 13.3. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os preços unitário e total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso.

Elaborado por:

	Serviço Social do Comércio – SESC Departamento Regional no Piauí – DR/PI	
---	---	---

Gerente Sesc Picos

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Proponente - Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Responsável pela elaboração da proposta:

ITENS RECREATIVOS					
ITEM	UNID MEDIDA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNID	CADEIRA PARA ATENDIMENTO: Cadeira giratória tipo mocho confeccionada com assento estofado em espuma injetada de no mínimo 50mm em formato circular revestido em couro ecológico na cor azul, encosto ergonômico confeccionado com espuma injetada revestida em couro ecológico na cor azul, acabamento em perfil de PVC flexível tipo francis, dotada de regulagem de altura do acento e encosto à gás, deslizante por base preta com rodízios de duplo giro na cor preta.	01		
2	UNID	MACA PORTÁTIL PARA EXAMES: MOCHO NYLON , COM ENCOSTO/ COM RODIZIOS. Ginecológica móvel modelo CEKR-PNG-61. Mesa totalmente mecânica. Mesa manual possui regulagem de altura, perneira e encosto..Anatomica. Revestimento: laminado sintético de pvc reforçado com poliester e algodao.. Estofado: espuma densidade d - 33 (9 cm). Bracos: escamoteaveis e removíveis.Rodizios: reforçados para facil locomoca.	01		
3	UNID	FOCO DE LUZ: Foco clínico pintado com altura regulável, com rodas e haste flexível. Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m. Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação. Base com 5 rodízios - Maior estabilidade. Maior autonomia de trabalho - 2 metros de fio. Reator eletrônico (mais leve).Pintura de alta resistência.Cor Branca.Corpo de metal esmaltada..Bivolt - 110/220V.Pino padrão ABNT aterrado.Lâmpada	01		

		LED. Potência 12W - 6500K.			
4	UNID	BIOMBO HOSPITALAR (DIVISÓRIA): Cor Branco. Base Fixa na parede . Altura 160 cm. Biombo triplo, estrutura pintada, com rodas e com lona. MED: 1,80 X 1,75	01		
5	UNID	CARRO DE CURATIVO: Carro curativo pintado com rodízio, sem suporte para balde e bacia med. Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx. Pés com Rodízios de 3".Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox. Balde de 5 Litros em alumínio. Bacia de 3 litros em alumínio. Cor Inox.	01		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

OBSERVAÇÕES:

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

- 1) A apresentação desta planilha/proposta incorre na aceitação de todas as condições do Termo de Referência.
- 2) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, frete, transporte, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais encargos e/ou quaisquer despesas necessárias à perfeita execução de todos os serviços.
- 3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias.
- 4) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
- 5) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc Piauí decida não o contratar.

Inserir local e data

(Nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÕES: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa. A licitante deverá indicar na proposta o nome, contato telefônico e-mail do preposto